

Changement de câble Ultrason Intelect Mobile 2



[Téléchargez ce document à mettre à l'intérieur du colis avec votre tête à ultrason.](#)

Il est impératif de nous envoyer votre câble et votre tête ultrason pour traiter votre SAV.

- Renvoyez la tête et l'appareil

Référence 12-0995-1-SP

EAN13 : -

CUP : -

Galerie de produits :



caractéristiques du produit :

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com



KINÉSTOCK
La référence

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

Attributs du produit :

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com